



2011-01-13 Dnr 769-2737-08/Me

**Angående rekommendation av likvärdig metod för kontroll av miljö kvalitetsnormer i utomhusluft**

Med stöd av den bedömning som gjorts av Referenslaboratoriet för tätortsluft vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap vid Stockholms Universitet, rekommenderar Naturvårdsverket nedanstående instrument som likvärdig metod med referensmetoden för kontroll av miljö kvalitetsnormer för utomhusluft enligt NFS 2010:8.

***GRIMM Environment Dust Monitor # 180 för mätning av PM10 och PM2.5 i utomhusluft***

Rekommendationen gäller under de förutsättningar som anges i bilagan till denna skrivelse (Referenslaboratoriets rekommendation angående likvärdig metod; GRIMM Environment Dust Monitor # 180).

Beslut om denna skrivelse har fattats av direktören Anders Johnson.

Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit vikarierande enhetschef Ulla Bertills och Emma Hedberg, den sist nämnda föredragande.

För Naturvårdsverket

Anders Johnson

Emma Hedberg

Bilaga: Referenslaboratoriets rekommendation angående likvärdig metod; GRIMM Environment Dust Monitor # 180 för mätning av PM10 och PM2.5 enligt SS-EN 12341:1998 och SS-EN 14907:2005.